

### PROPÓSITOS DE USO

- + Accesorio para uso en procedimientos terapéuticos de endoscópica digestiva alta.
- + Permite realizar ligadura de várices esofágicas.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- + Producto desechable.
- + Mango de control de alta precisión.
- + Dispone de conector luer para irrigar la zona en tratamiento y realizar limpieza.
- + Incluye un barril con ligaduras unidas al cordel de disparo.
- + Banda blanca indica como indicador de penúltimo disparo, no refleja la luz.
- + Compatible con endoscopios FUJIFILM, Olympus y Pentax.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diametro de barril


Largo cordel

Número de bandas

8.6 a 11.6 mm

142 cm

6



Código de Referencia:

SLK-6

